



COPIA				INFORME DE ENSAYO			
090000524				Cliente:	COMUNIDAD DE REGANTES PIEDRAS GUADIANA		
FECHAS				Dirección:	COMUNIDAD DE REGANTES PIEDRAS GUADIA C.I.F. G 21046172-C/ ALONSO BARBA, 38		
Entrada	Realización	Finalización	Entrega	Ciudad:	LEPE		
11/02/2009	11/02/2009	18/02/2009	18/02/2009	Provincia:	HUELVA		C.P. 21440
DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA						Código de Muestra	090000524
Muestra de	AGUA CONTINENTAL			Identificador			
Descripción	BOMBEO SECTOR 8						
Contenida en	BOTE CRISTAL		Precinto				Suplemento 0/0
Ciudad	LEPE		Tomada el	11/02/2009		Cantidad de Muestra 0,5 LITROS	

~ Procedimiento de Toma de Muestra: **TM-01 TOMA DE AGUAS** Tomada Por **ENRIQUE GUILLEN CARRASCO**

La actividad de toma de muestra puntual para el análisis microbiológico, no se encuentra incluida aún en el alcance de la acreditación
Análisis sin validez oficial

PNT	DETERMINACIÓN	METODOLOGIA	RESULTADO	LÍMITE ADMISIBLE	INCERT.
CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS					
* MA/A-101	BACTERIAS TOTALES 22 °C	SIEMBRA EN MASA	360 UFC/ml	100 UFC/1 ml	
* MA/A-102	COLIFORMES TOTALES	RECUESTO POR FILTRACION	34 UFC/100ml	0 UFC/100 ml	23,4%
* MA/A-103	ESCHERICHIA COLI	RECUESTO POR FILTRACIÓN	4 UFC/100ml	0 UFC/100 ml	21,7%
* MA/A-103c	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	RECUESTO EN PLACA	0 UFC/100 m	0 UFC/100 ml	

Los ensayos marcados con * no están incluidos en el alcance de la acreditación

Los ensayos marcados con ¥ se han realizado con modificaciones en el PNT. Las marcados con ¢ han sido subcontratadas
CTR

Este informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. No podrá reproducirse sin la autorización por escrito de LARORSUR, S.L.
Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que las soliciten.

Resp. Téc. de Laboratorio **SERGIO AMADOR PÉREZ**

Huelva, miércoles, 18 de febrero de 2009